

乡城县人民医院设备询价采购邀请函

因我院药房、库房及血透室的药品储存需要，现特此发布询价采购邀请函，欢迎各供应商参与。

一、询价采购货物名称、数量及主要技术规格：详见附件《乡城县人民医院设备询价采购技术要求》。

二、报价资料的报送。

报送地点：乡城县人民医院（乡城县乡拉镇恰人街 58 号）。

报价截止时间：2024 年 10 月 2 日上午 10：00（在规定时间内未报价者视为自动弃权）。

三、报价资料内容（资料进行密封装袋）

1、投标供应商报价的同时须提供营业执照等相关证件的复印件。

2、在投标时只能提供一个不变价格，招标单位不接受任何选择价。

3、报价包含所有设备的价格、税费、安装调试费用和 1 年免费质保等。按要求填写报价表并加盖单位公章。

4、报价资料内容不符合要求者视为无效报价。

四、其他要求

1、各供应商报价应以“元”为单位。

2、本次询价采购的设备必须满足附件《乡城县人民医

院设备询价采购技术要求》中的所有技术规格和要求。

3、所采购的设备投入使用后，提供 1 年免费运维服务。

4、按照采购要求供应商只能提供一份报价方案，如出现多份方案的报价者，则取消此投标供应商的投标资格。

5、所提供的设备应按相关产品验收标准、询价文件要求及合同中的相关条款进行验收。

6、建设时间：中标单位在签订合同后 30 日内完成设备的安装、调试。

7、付款方式：设备安装、调试、验收合格后 15 个工作日内一次性结算费用。

8、售后服务要求：按照国家规定进行维保，并负责操作人员培训。

五、询价小组成员根据各单位的报价资料进行比较，以符合采购要求、质量和服务相等且报价最低的成为成交供应商（如果所有报价均超过采购预算，本次询价采购作废）。如出现两个相同的最低报价时，由采购方直接确定成交供应商。

六、询价机构和询价人不负责向落标方解释落标原因，不退还未中标文件。

七、询价机构和询价人不负责报价人准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

八、联系方式：

采购单位联系电话：0836-5821660。

采购联系人及电话：方元皓，13541469419。

附件：乡城县人民医院设备询价采购技术要求。



附件：

乡城县人民医院设备询价采购技术要求

序号	实施内容	技术要求	数量（台）
1	药品阴凉冷藏柜	<ol style="list-style-type: none">1. 温度范围：2℃-8℃2. 湿度范围：35%-75%3. 额定电压：220V；50HZ4. 容积：1300L5. 压缩机风机配有减震棉，环保制冷6. 专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在 187V~230V 范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证箱内温度无死角，箱内不会结霜，无需手工除霜，确保箱内温度湿度均匀稳定。7. 先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围 2-8℃，湿度可控范围 35-75%。8. 温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度 0.1℃，湿度感应精度 1%。9. 温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带 USB 接口，数据可通过箱体的 USB 接口导出保存。10. 具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。11. 除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管。	1

		<p>11. 双层中空钢化玻璃门，Low-e 材质，保温性能好，配有安全门锁。</p> <p>13. 内胆过氧铝:内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味(不会对储存药品造成污染)。</p> <p>14. 箱体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。</p> <p>蒸发器配置加热丝。</p>	
2	冰箱	<p>1. 输入功率: 350W</p> <p>2.1 冷藏室有效容积: 180L</p> <p>2.2 冷藏箱内温度: 2℃-8℃</p> <p>3.1 冷冻室有效容积: 90L</p> <p>3.2 冷冻箱内温度: -10℃-26℃</p> <p>4. 耗电量: 5Kwh/24h</p> <p>5. 温湿度双控双显:可调冷藏和冷冻温度同时显示，无需切换即。</p> <p>6. 双机组设计:冷冻机组采用进口品牌压缩机，配有减震棉运行噪音低，节能省电。</p> <p>7. 温度控制:微电脑控制,触摸按键大屏幕LED显示，冷藏冷冻室采用独立控制。冷藏室数据记录功能，带USB接口数据导出功能。</p> <p>8. 结构便利:上层冷藏、下层冷冻，内胆采用过氧铝材质，外观采用无指纹不锈钢材质。</p>	2
3	湿膜加湿器	<p>1. ▲加湿量:≥4KG/H;</p> <p>2. ▲加湿面积:≥50-120m²;</p> <p>3. 水箱:≥40L;</p> <p>4. 风速可调:4档可调;</p> <p>5. 电源:220V-50HZ;</p> <p>6. 缺水保护:有;</p>	2

		<p>7. ▲风量: $\geq 4000\text{m}^3/\text{H}$;</p> <p>8. 湿度调节范围: $\geq 10\%-90\%$;</p> <p>9. 机器屏幕显示湿度可校正, 可远程操作, 息屏;</p> <p>10. 保修说明: 整机一年保修;</p>	
--	--	---	--